




模擬骨ブロック「トレーニングキューブ」

様々な密度 (pcf:大きい値ほど高密度) の模擬骨を組み合わせ、各骨質 (D1~D4) を1個のブロックに再現し、様々なドリリング練習を行なうことができます。



標準医院価格 3,400円

【 Mischによる骨質の分類 】


骨質	模擬骨pcf	Misch(1990) ドリル使用時の感覚	Misch(1999) CT値
D1 (Type I)	30	カシ or カエデ	>1250HU
D2 (Type II)	30×2mm+20	ホワイトパイン材 or スプレー材	850-1250HU
D3 (Type III)	30×2mm+10 または 20	バルサ材	350-850HU
D4 (Type IV)	10	発泡スチロール	150-350HU




D1 (Type I)



D2 (Type II)



D3 (Type III)



D4 (Type IV)



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

<http://www.shofu.co.jp>

本社・〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

記載の価格は2018年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

71154